

Z.U. Dom zdravlja Bihać

Identifikacioni broj : 4263016530005
PDV: 263016530005
Registarski broj : 1003096359
Unicredit: 3385 0022 0071 8265

A: Put V korpusa bb
T: + 387 37 31 24 24 direkcija
+ 387 37 31 24 23 centrala
+ 387 37 31 67 80 nabavke
F: + 387 37 31 24 21
E: nabavke@dzbihac.com

Broj: 2133 /20
Bihać, 14.05.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj 39/14, u daljem tekstu Zakona) i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni konačnih ponuda broj: 2115/20 od 13.05.2020. godine v.d. direktor ZU Dom zdravlja Bihać donosi sljedeću:

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Član 1.

Prihvata se prijedlog broj 1 Komisije za javne nabavke u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 2115/20 od 13.05.2020. godine i Ugovor za javnu nabavku EKG aparata dodjeljuje se ponuđaču Inel BH d.o.o Maglaj sa registriranim sjedištem u ul. Aleja Ljiljana bb, 74250 Maglaj, ID broj: 4218528560008, za ponuđenu cijenu iz ponude broj: NP-P3357/20 od 16.04.2020. godine u iznosu od **20.826,00 KM sa uračunatim PDV-om.**

Član 2.

U skladu sa članom 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama ZU Dom zdravlja Bihać će ovu Odluku objaviti na svojoj Internet stranici www.dzbihac.com i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

ZU Dom zdravlja Bihać je u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, pokrenuo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj: 1522/20 od 26.03.2020. godine za nabavku EKG za potrebe ZU Dom zdravlja Bihać. Na portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 1333-7-1-7-3-7/20 od 26.03.2020. godine. Zahtjev za dostavu ponuda je upućen na tri adrese određenih ponuđača: Inel BH d.o.o Maglaj, Semikem d.o.o Sarajevo i Broma Bel d.o.o Banja Luka, te je preuzet od strane sljedećih potencijalnih ponuđača: Broma Bel d.o.o. Banja Luka, Ekapija d.o.o, Semikem d.o.o Sarajevo, BBS Europe, Sono Medical d.o.o, Đaković d.o.o Emeding d.o.o, Krajinagroup d.o.o Banja Luka, Inel BH d.o.o Maglaj, Derby trade d.o.o i Medical d.o.o.

Komisija za javne nabavke imenovana je rješenjem broj: 1846/20 od 22.04.2020. godine.

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena”.

Na osnovu konkurentskog zahtjeva i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 22.04.2020. godine u 12:30 sati u prostorijama ZU Dom zdravlja Bihać, što je konstatovano u Zapisniku sa otvaranja ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH br. 39/14). Komisija je na javnom otvaranju ponuda 22.04.2020. godine u 12:30 sati konstatirala da su svoju ponudu predala predala dva (2) ponuđača:

1. D.o.o Derby Trade Brčko.....u iznosu od 17.472,00 KM bez PDV-a
2. Inel BH d.o.o Maglaj.....u iznosu od 17.800,00 KM bez PDV-a

Komisija je prema članu 65. ZJN pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je konstatirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke.

Komisija za javne nabavke je prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdila:

Da je ponuda ponuđača Inel BH d.o.o Maglaj prihvatljiva, odnosno ispunjava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom broj: 1522/20 od 26.03.2020. godine.

Međutim, ponuđena cijena jedine dostavljene ponude ponuđača Inel BH d.o.o Maglaj iznosi 17.800,00 KM bez uračunatog PDV-a, dok je procijenjena vrijednost prema Planu javnih nabavki za 2020. godinu 17.500,00 KM bez uračunatog PDV-a. Dakle, ponuđena cijena je za 300,00 KM veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabavke.

U skladu sa mišljenjem Agencije za javne nabavke BiH, kao nadležne institucije za davanje savjetodavnih mišljenja u cilju pravilne primjene Zakona, gdje za ovakve situacije ugovorni organ ima dvije opcije i to: dodjela ugovora, ukoliko postoji mogućnost preraspodjele budžeta, odnosno obezbjeđenja dodatnih sredstava za predmetnu nabavku ili poništi postupak javne

Da ponude ponuđača d.o.o „Derby Trade“ Brčko nije prihvatljiva iz razloga što ne ispunjava zahtjeve tražene u pogledu predmeta nabavke i tehničke specifikacije, a što se ogleda u slijedećem:

- Na prvoj strani obrasca za cijenu ponude (Aneks 2) u opisu tehničkih karakteristika EKG aparata pod rednim br. 1 (3 kanalni EKG aparat) stoji da interna litijumska baterija mora biti sa min. kapacitetom od 5 sati aktivnog rada. Uvidom u ponudu ponuđača na **strani 25. (kataloška dokumentacija) utvrđeno je da interna litijumska baterija ima kapacitet od 4 sata aktivnog rada**, samim tim gore navedeni ponuđač nije ispunio tražene tehničke karakteristike EKG aparata.
- Na prvoj strani obrasca za cijenu ponude (Aneks 2) u opisu tehničkih karakteristika EKG aparata pod rednim br. 1 (3 kanalni EKG aparat) stoji da ekran na dodir mora biti minimalno 12,5 cm. Uvidom u ponudu ponuđača na **strani 25. (kataloška dokumentacija) utvrđeno je da dimenzija ekrana iznosi 3,8" odnosno 9,65 cm**, samim tim gore navedeni ponuđač nije ispunio tražene tehničke karakteristike EKG aparata.
- Na prvoj strani obrasca za cijenu ponude (Aneks 2) u opisu tehničkih karakteristika EKG aparata pod rednim br. 1 (3 kanalni EKG aparat) stoji da mora biti multicolor LCD sa prikazom svih 12 krivulja na ekranu. Uvidom u ponudu ponuđača na **strani 25. (kataloška dokumentacija) utvrđeno da je LCD ekran u crno-bijeloj boji**, samim tim gore navedeni ponuđač nije ispunio tražene tehničke karakteristike EKG aparata.
- Na prvoj strani obrasca za cijenu ponude (Aneks 2) u opisu tehničkih karakteristika EKG aparata pod rednim br. 2 (6 kanalni EKG aparat) stoji da interna litijumska baterija mora biti sa min. kapacitetom od 6 sati aktivnog rada. Uvidom u ponudu ponuđača na **strani 27. (kataloška dokumentacija) utvrđeno je da interna litijumska baterija ima kapacitet od 4 sata aktivnog rada**, samim tim gore navedeni ponuđač nije ispunio tražene tehničke karakteristike EKG aparata.
- Na prvoj strani obrasca za cijenu ponude (Aneks 2) u opisu tehničkih karakteristika EKG aparata pod rednim br. 2 (6 kanalni EKG aparat) stoji da 14 cm dijagonalni LCD displej mora biti u boji sa prikazom svih 12 krivulja na ekranu. Uvidom u ponudu ponuđača na **strani 27. (kataloška dokumentacija) utvrđeno da je LCD ekran u crno-bijeloj boji**, samim tim gore navedeni ponuđač nije ispunio tražene tehničke karakteristike EKG aparata.

Ugovorni organ je za ovaj postupak putem tenderske dokumentacije broj: 1522/20 od 26.03.2020. godine i Obavještenja o nabavci broj: 1333-7-1-7-3-7/20 od 26.03.2020. godine godine predvidio sprovođenje E-aukcije.

Komisija za javne nabavke prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdila da postoji samo 1 (jedna) prihvatljiva ponuda, te se iz tih razloga ista ne može sprovesti.

1. Inel BH d.o.o Maglaj.....u iznosu od 17.800,00 KM (bez PDV-a)

S obzirom da je u predmetnom postupku samo jedna ponuda koja je prihvatljiva, ali prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, Komisija za javne nabavke, u skladu sa mišljenjem Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, daje prijedlog v.d direktoru ZU Dom zdravlja Bihać da donese slijedeću odluku:

1. Prijedlog:

Da se uz konsultacije sa Službom za ekonomsko finansijske poslove izvrši preraspodjela budžeta, odnosno obezbjede dodatna sredstva za predmetnu nabavku i donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor za nabavku EKG aparata u iznosu od **20.826,00 sa uračunatim PDV-om** dodjeli ponuđaču Inel BH d.o.o Maglaj sa registriranim sjedištem u ul. Aleja Ljiljana bb, 74250 Maglaj, ID broj: 4218528560008.

2. Prijedlog:

Da se postupak poništi u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama, jer su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

V.d direktor ZU Dom zdravlja Bihać je uz predhodne konsultacije sa Službom za ekonomsko finansijske poslove dao saglasnost da se izvrši preraspodjela bužeta, odnosno obezbjede dodatna sredstva za predmetnu nabavku, kako bi se nabavka mogla realizovati u skladu sa potrebama ugovornog organa.

Imajući u vidu gore izneseno v.d direktor Dom zdravlja Bihać prihvata prijedlog broj: 1 Komisije za javne nabavke, te donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor za nabavku „EKG aparata“ u vrijednosti od 20.826,00 KM sa uračunatim PDV-om, dodjeli ponuđaču ponuđaču Inel BH d.o.o Maglaj sa registriranim sjedištem u ul. Aleja Ljiljana bb, 74250 Maglaj, ID broj: 4218528560008.

Odabrani ponuđač je dužan u skladu sa tačkom 3 Uslovi za kvalifikaciju, podtačka 3.1 (dokazivanje lične sposobnosti-član 45. Zakona o javnim nabavkama, dostaviti dokaze u roku od 10 dana od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.


Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Dostaviti:

1. Ponuđačima
2. a/a



V.D. DIREKTOR

Jasminka dr Ljubijankić
spec. ortopedije vilica - ortodonticije

J. Ljubijankić